

恭城瑶族自治县人民医院
单一来源采购院内采购论证意见

专业人员信息	姓名: 盛昌灵	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 恭城瑶族自治县人民医院	
项目信息	项目名称: 血液透析机在线血压监测组件采购项目	
	项目预算金额(元): 壹拾玖万伍仟元(195000.00)	
	供应商名称: 南宁朗轩医疗器械有限公司	
专业人员论证意见:	血液透析机在线血压监测组件是血液透析机专用配套配件, 目前恭城瑶族自治县人民医院使用的是费森尤斯血液透析机(型号: 4008S 4008B), 在线血压监测组件为费森尤斯血液透析机专用配件, 其他品牌产品均未经注册可以与费森尤斯血液透析机配套使用, 南宁朗轩医疗器械有限公司是费森尤斯血液透析机及配件的广西壮族自治区授权代理经销商, 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条以及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条的相关规定, 建议用单一来源采购的方式进行采购。	
专业人员签字	盛昌灵	2024年11月21日
监督人员签字:	李新	2024年11月21日

注: 表格中专业人员论证意见由论证人员统一意见后, 手工填写。

恭城瑶族自治县人民医院
单一来源采购院内采购论证意见

专业人员信息	姓名: 周旭峰		
	职称: 重症医学副主任医师		
	工作单位: 恭城瑶族自治县人民医院		
项目信息	项目名称: 血液透析机在线血压监测组件采购项目		
	项目预算金额(元): 壹拾玖万伍仟元(195000.00)		
	供应商名称: 南宁朗轩医疗器械有限公司		
专业人员论证意见:	目前恭城瑶族自治县人民医院使用的是费森尤斯血液透析机(品牌:费森尤斯,型号:4008S、4008B),在线血压监测组件为费森尤斯血液透析机专用配件,其他品牌产品均不能与费森尤斯血液透析机兼容使用,只有使用原费森尤斯血液透析机生产厂家专用在线血压监测组件方能确保该仪器设备正常使用。南宁朗轩医疗器械有限公司是费森尤斯血液透析机及配件的广西壮族自治区授权代理商,为确保设备的安全性、适用性、有效性及可涉性,根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条以及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条的相关规定,建议采用单一来源方式采购血液透析机在线血压监测组件。		
专业人员签字	周旭峰	2024年11月21日	
监督人员签字:	李荣	2024年11月21日	

注:表格中专业人员论证意见由论证人员统一意见后,手工填写。

恭城瑶族自治县人民医院
单一来源采购院内采购论证意见

专业人员信息	姓名: <u>吴光裕</u>	
	职称: <u>工程师</u>	
	工作单位: <u>恭城瑶族自治县人民医院</u>	
项目信息	项目名称: <u>血液透析机在线血压监测组件采购项目</u>	
	项目预算金额(元): <u>壹拾玖万伍仟元(195000.00)</u>	
	供应商名称: <u>南宁朗轩医疗器械有限公司</u>	
专业人员论证意见:	血液透析机品牌为:费森尤斯,型号分别为:4008S、4008B。本项目需配置的血液透析机在线血压监测组件具有唯一性,需与费森尤斯血液透析机配套使用,其他品牌均未经注册,不可以与费森尤斯血液透析机配套使用。只有费森尤斯厂家生产的在线血压监测组件才能满足恭城瑶族自治县人民医院本项目的采购需求。为保证设备的安全性、适用性、有效性及可追溯性,根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条的相关规定,建议采用单一来源采购方式从费森尤斯血液透析机及配件广西壮族自冶区授权代理经销商:南宁朗轩医疗器械有限公司进行采购。	
专业人员签字	<u>吴光裕</u>	2024年11月21日
监督人员签字:	<u>李莉</u>	2024年11月21日

注:表格中专业人员论证意见由论证人员统一意见后,手工填写。